

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443
(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2021 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. VKE-316
redakcija)

**AMBULATORINES IR / AR STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS**

20__ m. _____ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. _____.

20__ m. _____ d. patikrinimo akto Nr. _____ priedas.

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _____.

Veiklos vykdymo adresas: _____.

*Leidimo-higienos paso Nr. _____, išdavimo data _____.

**(užpildoma prieš atliekant ūkio subjekto patikrinimą)*

Įvertinta ambulatorines ir / ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 47:2011), Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 47-1:2020), Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 66:2013) ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau lentelėje – Tvarka) reikalavimams.

Nustatyta:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
I.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI				
1.	Įstaigoje yra paskirtas asmuo, atsakingas už infekcijų kontrolę (HN 47-1:2020 4 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)***
2.	Įstaigoje yra jos vadovo patvirtinta hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarka (HN 47-1:2020 5 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)
3.	Įstaigoje, teikiančioje stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdoma antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėseną (HN 47-1:2020 6 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
4.	Įstaigos darbuotojai pasitikrinę sveikatą (HN 47-1:2020 29 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)
5.	Yra sudarytas (atnaujinamas) darbuotojų, turinčių patikrinti prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir periodiškai tikrintis, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas (turinčių nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis) sąrašas bei sąraše nurodyti darbuotojai yra informuoti apie pareigą atlikti sveikatos patikrinimą (Tvarkos 5 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
6.	Darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, dirba pasitikrinę ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas prieš pradėdami dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą po veiklos draudimų ar ribojimų panaikinimo ir yra pateikę darbdaviui sveikatos patikrinimo rezultatus iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) (Tvarkos 4, 9, 10 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
7.	Darbuotojai, turintys nuolatinį tiesioginį kontaktą darbo funkcijų atlikimo ar veiklos vykdymo vietoje su kitais asmenimis, dirba periodiškai (ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų) patikrinę ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas ir yra pateikę darbdaviui sveikatos patikrinimo rezultatus iš ESPBI IS (Tvarkos 4, 9, 10 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
8.	Darbuotojai, teikiantys valymo paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigų valytojai, skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai, darbuotojai, atsakingi už medicininių atliekų tvarkymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, yra išklauseę higienos įgūdžių mokymo programą (HN 47-1:2020 16 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
9.	Darbuotojai pagal darbo pobūdį yra aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis (apsauginiais drabužiais, galvos apdangalais, akių ir veido, kvėpavimo takų apsauginėmis priemonėmis, apsaugine avalyne) (HN 47-1:2020 31 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Daugkartinio naudojimo asmeninės apsauginės priemonės valomos ir dezinfekuojamos pagal gamintojų instrukcijas (HN 47-1:2020 33 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
11.	Įrengtos atskiros spintos arba spintos su pertvaromis darbuotojų apsauginiams drabužiams bei avalynei ir asmeniniams drabužiams bei avalynei ir daiktams laikyti (HN 47-1:2020 32 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Darbuotojų darbo rūbai:				
	12.1. Darbuotojai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėvi darbo drabužius su ne ilgesnėmis kaip trijų ketvirčių ilgio rankovėmis (HN 47-1:2020 8 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Išskyrus darbuotojus, kuriems ilgos rankovės privalomos pagal jų darbo pobūdį</i>
	12.2. Darbo drabužiai švarūs, nedelsiant keičiami juos sutepus, o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	dirbančių padidintos rizikos (reanimacijos ir intensyviosios terapijos, chirurgijos) padaliniuose ir atliekančių aseptines procedūras – keičiami kiekvieną dieną ir iš karto juos sutepus (HN 47-1:2020 9 punktas)				
	12.3. Darbo drabužių priežiūra organizuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (HN 47-1:2020 10 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, kurie nėra medicinos priemonės (toliau – įrenginiai) paviršiai švarūs (be akivaizdžiai matomų užteršimų: dulkių, valymo, dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo ir kūno skysčių, ekskretų žymių ir pan.), lengvai valomi / dezinfekuojami, atsparūs valymo ir dezinfekcijos priemonėms (HN 47-1:2020 124 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių dezinfekcijai naudojami Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai (HN 47-1:2020 126 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)
15.	Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos ir medicinos priemonių valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonės (HN 47-1:2020 12 punktas) naudojamos:				
	15.1. atsižvelgiant į tinkamumo naudoti laiką	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	15.2. laikantis instrukcijų, saugos duomenų lapuose nurodytų taisyklių	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)
16.	Įstaigoje infekcijų kontrolės procedūrų tvarkos aprašų / tvarkų vadovas, yra parengtas, tikslinamas, papildomas, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas procedūras, turimas (naudojamas) medicinos priemonės bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemonės ir įrangą (HN 47-1:2020 13 ir 14 punktai, HN 66:2013 6 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)
17.	Infekcijų kontrolės procedūrų vadove yra pateikta (aprašyta) (HN 47-1:2020 13 punktas):				
	17.1. rankų higienos procedūra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17.2. pacientų izoliavimo tvarka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	17.3. medicinos priemonių ir kitų gaminių paruošimo pakartotinio naudojimo tvarka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17.4. medicininių atliekų tvarkymo procedūra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17.5. skalbinių tvarkymo procedūra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17.6. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos procedūra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17.7 aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	17.8. darbuotojo ekspozicijos krauju ir kūno skysčiais profilaktikos aprašymas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Pagrindinis patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami numatytu higienos plane laiku ir registruojamas įstaigoje parengtos ir patvirtintos formos dokumente (HN 47-1:2020 134 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(!)
19.	Tualetams valyti, dezinfekuoti yra atskiras paženklintas valymo / dezinfekcijos inventoriūs (HN 47-1:2020 135.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20.	Visos gimdymo palatos yra vienvietės (HN 47:2011 27 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Palatose kiekvienam pacientui yra (HN 47:2011 21 punktas):				
21.	21.1. spintelė asmeniniams daiktams laikyti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21.2. spinta (ar atskira spintos dalis) arba kabykla viršutiniams drabužiams kabinti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje tualetai pacientams ir personalui yra atskiri (HN 47:2011 31 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Skyriuose, kuriuose įrengtos palatos, tualetas pacientams yra įrengtas prie palatų, 1 tualetas yra skirtas ne daugiau kaip 2 palatoms arba skyriuje yra įrengti atskiri tualetai vyrams ir moterims, kuriuose yra ne mažiau kaip 1 unitazas ir 1 pisuaras 15 lovų (vyrų tualetuose) ir ne mažiau kaip 1 unitazas 10 lovų (moterų tualetuose) (HN 47:2011 32 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Taikoma tik naujai statomoms ir (ar) rekonstruojamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms</i>

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
24.	Skyriuose, kuriuose įrengtos palatos, dušas ar vonia pacientams yra įrengti prie palatų, 1 dušas ar vonia yra skirtas ne daugiau kaip 2 palatomis arba skyriuje yra įrengta bendra prausimosi patalpa, kurioje ne mažiau kaip 1 dušas ar vonia 12 lovų (HN 47:2011 33 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Taikoma tik naujai statomoms ir (ar) rekonstruojamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms</i>
Legioneliozės profilaktika (vertinama stacionarines paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje):					
25.	25.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus atliekami geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologiniai tyrimai legionelėms nustatyti. (HN 47-1:2020 139 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	25.2. visi legioneliozės profilaktikos ir vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo darbai registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale (HN 47-1:2020 141 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
26.	Užtikrinta, kad karšto vandens čiaupe vandens temperatūra nebūtų mažesnė kaip 50 °C (<i>temperatūra matuojama po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo</i>) (HN 47:2011 37 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
27.	Užtikrinta, kad šalto vandens čiaupe vandens temperatūra nebūtų aukštesnė kaip 20 °C (<i>temperatūra matuojama po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo</i>) (HN 47:2011 37 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28.	Santechniniai įrenginiai (praustuvės, vonios, unitazai ir kt.) yra techniškai tvarkingi, švarūs, be matomų defektų (įtrūkimų, skilimų) (HN 47:2011 38 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
29.	Sienos, prie kurių pritvirtinti santechniniai įrenginiai, yra padengtos drėgmei atspariomis medžiagomis (HN 47:2011 39 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
30.	Patalpų, kuriose įrengti dušai, vonios, grindų ir sienų paviršiai yra atsparūs drėgmei (HN 47:2011 39 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
31.	Tualetų patalpoje yra unitazas, praustuvė, šepetys unitazui valyti, skysto muilo, tualetinio popieriaus, šiukšlių dėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 47-1:2020 112 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Dušo ar vonios patalpoje yra praustuvė, skysto muilo, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, veidrodis (jei neprieštaruoja pacientų saugos reikalavimams) (HN 47-1:2020 112 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33.	Įstaiga ar jos korpusai, skyriai, atskiros patalpos, kuriose atliekami statybos darbai, uždaryti, sandariai izoliuoti nuo kitų patalpų (HN 47:2011 16 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	Pacientams, kuriems patvirtinta ar įtariama infekcija su daugeliu antimikrobinių vaistinių preparatų atsparių mikroorganizmų, pvz., meticilinui atsparių Staphylococcus aureus, vankomicinui atsparių enterokokų kolonizacija, taikomos standartinės ir papildomos su perdavimo būdu (sąlyčio metu, per orą su lašeliais arba dalelėmis) susijusios izoliavimo priemonės (HN 47-1:2020 18 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	RANKŲ HIGIENA				
35.	Patalpose, kuriose vyksta pasirengimas procedūroms ir atliekamos invazinės ir (ar) intervencinės ir kitos procedūros, kurių metu darbuotojai rankomis liečia pacientą, dirba su krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais, tvarkomi skalbiniai, tvarkomos medicininės atliekos, atliekama dezinfekcija ir sterilizacija, yra:				
	35.1. sieniniai skysto muilo dozatoriai, skysto muilo (HN 47-1:2020 46.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35.2. sieniniai ir (ar) prie lovos ir (ar) procedūrinių stalų tvirtinami rankų antiseptiko dozatoriai, pramoninės gamybos alkoholinio rankų antiseptiko, atitinkančio LST EN 1500 ir LST EN 12791 reikalavimus (HN 47-1:2020 46.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Dozatorius nebūtinai, jeigu pramoninės gamybos alkoholinio rankų antiseptiko indą su pompa, tinkama dozuoti, galima stabiliai pastatyti ant horizontalaus paviršiaus</i>
35.3. rankų antiseptikas reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose yra prie kiekvieno paciento lovos (HN 47-1:2020 46.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	35.4. uždara vienkartinį rankšluosčių dėtuve ir vienkartiniai rankšluosčiai (HN 47-1:2020 46.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35.5. atvira ar pedalinė šiukšliadėžė su vienkartinio plastikiniu įklotu (HN 47-1:2020 46.4 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35.6. Chirurginio rankų paruošimo vietose vandens reguliavimo čiaupai yra alkūniniai, pedaliniai arba automatiniai (HN 47-1:2020 46.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	35.7. Patalpose, kuriose yra ypatinga infekcijos rizika pacientui ir personalui, dozatoriaus indas ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir antiseptiko vienkartinio dozatoriaus indu ir pompa arba vienkartinė rankų paruošimo sistema (HN 47-1:2020 47 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Praštuovės su vandens reguliavimo čiaupais įrengtos ir tekantis šaltas ir karštas vanduo tiekiamas:				
	36.1. palatose (HN 47:2011 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	36.2. tualetuose ar tualetų tambūruose (HN 47:2011 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	36.3. patalpose, kuriose tvarkomi skalbiniai (HN 47-1:2020 46.5 papunktis, HN 47:2011 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	36.4. patalpose, kuriose atliekama dezinfekcija ir sterilizacija (HN 47-1:2020 46.5 papunktis, HN 47:2011 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	36.5. patalpose, kuriose vyksta pasirengimas procedūroms (HN 47-1:2020 46.5 papunktis, HN 47:2011 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	36.6. patalpose, kuriose atliekamos invazinės ir (ar) intervencinės ir kitos procedūros, kurių metu darbuotojai rankomis liečia pacientą, dirba su krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais (HN 47-1:2020 46.5 papunktis, HN 47:2011 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	36.7. patalpose, kuriose tvarkomos medicininės atliekos (HN 47-1:2020 46.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
37.	Darbo metu visų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir liečiančių pacientus, medicinos priemonės, gaminius, nagai sveiki ir tik natūralūs, trumpai ir apvaliai nukirpti, nelakuoti, rankų papuošalai bei laikrodžiai nuimti. (HN 47-1:2020 50 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III.	MEDICINOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA				
38.	Medicinos priemonės yra instaliuojamos, naudojamos ir prižiūrimos vadovaujantis Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašu (HN 47-1:2020 57 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
39.	Medicinos priemonės yra valomos, dezinfekuojamos ir sterilizuojamos vadovaujantis gamintojų naudojimo instrukcijomis (rekomendacijomis), o jų nesant – HN 47-1:2020 reikalavimais (HN 47-1:2020 58 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
40.	Hemodializei naudojamo išvalyto vandens mikrobiologiniai rodikliai ir kontrolės tvarka atitinka Dializės paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų apraše, nustatytus reikalavimus (HN 47-1:2020 63 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
41.	Endoskopų, kuriais tiriami nesterilūs organai ir ertmės, kanalų mikrobiologiniai laboratoriniai tyrimai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per metus (HN 47-1:2020 64 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!) <i>skystuose mėginiuose gali būti ne daugiau kaip 20 kolonijas sudarančių vienetų viename kanale, neturi būti auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus), žarnyno enterokokų (Enterococcus faecium), žaliamešės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) ir Acinetobacter baumannii</i>
42.	Patalpos ir (ar) zonos, kuriose vykdomas medicinos prietaisų apdorojimas, saugojimas, įrengtos taip, kad būtų išvengta kryžminės taršos atliekant medicinos prietaisų valymą-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	dezinfekciją, pakavimą, sterilizaciją, saugojimą (HN 47:2011 24 punktas)				
43.	Medicinos priemonių valymo-dezinfekavimo vietoje įrengta atskira praustuvė (HN 47:2011 36 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44.	Medicinos priemonių dezinfekcijai rankiniu būdu naudojamos uždaros talpyklos, o aštriems medicinos prietaisams – uždaros talpyklos su išimamais sieteliais (HN 47-1:2020 71.1.8 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
45.	Medicinos priemonių valymo, dezinfekcijos priemonės atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo reikalavimus (HN 47-1:2020 67 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
46.	Indas su pagamintu dezinfekcijos valomuoju tirpalu pažymimas (nurodomas tirpalo pavadinimas, paskirtis, koncentracija, pagaminimo data ir laikas) (HN 47-1:2020 71.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47.	Infekcijų riziką keliančių ir didelę infekcijų riziką keliančių medicinos priemonių valymo ir dezinfekcijos kokybę tikrinama pagal įstaigoje nustatytą tvarką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius ir tais atvejais, kai įvyksta plovimo priemonių gedimas, pakeitus plovimo, dezinfekcijos medžiagas, pradėjus naudoti pakartotino naudojimo medicinos priemones (HN 47-1:2020 68 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
48.	Išvalytų medicinos priemonių rankinei cheminei aukšto lygio dezinfekcijai sporocidiniai vieno cheminio komponento (veikliosios medžiagos) tirpalų (jei gamintojas nurodo, kad tirpalas gali būti naudojamas pakartotinai) tinkamumas naudoti pakartotinai tikrinamas tiriant veikliosios medžiagos koncentraciją pramoninės gamybos cheminiu indikatoriumi, tyrimo rezultatai registruojami įstaigoje nustatyta tvarka (HN 47-1:2020 71.7 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
IV.	STERILIZUOJAMŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ IR GAMINIŲ PAKAVIMAS, PAKETŲ IŠDĖSTYMAS STERILIZATORIAUS KAMEROJE, STERILIZUOTŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ IR GAMINIŲ LAIKYMAS <i>(Jei nevykdoma sterilizacija ir nenaudojami sterilizuotos medicinos priemonės ir (ar) gaminiai, toliau pildomas šio klausimyno VIII skyrius)</i>				
49.	Sterilizuojamų medicinos priemonių, gaminių pakavimo priemonės yra tinkamos sterilizuojamoms medicinos priemonėms, gaminiams ir taikomam jų sterilizavimo būdai (HN 47-1:2020 73 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50.	Vienkartiniai konteinerių filtrai keičiami prieš kiekvieną sterilizaciją (ciklą) (HN 47-1:2020 74 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
51.	Daugkartiniai konteinerių filtrai naudojami pagal gamintojų naudojimo instrukcijas; jų naudojimo ciklą skaičius registruojamas įstaigoje patvirtinta tvarka (HN 47-1:2020 74 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
52.	Sterilizuotų medicinos priemonių ir gaminių paketai iš sterilizavimo vietos į kitus padalinius (skyrius) ir (ar) pastatus gabenami medicinos priemonėms, gaminiams gabenti skirtose uždaroje gabenimo talpyklose, įrenginiuose (HN 47-1:2020 76 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
53.	Paketai, kurie sudaromi vyniojant sterilizuojamas medicinos priemones ir gaminius į pakavimo priemonę, yra sutvirtinti lipnia juosta (su cheminiu indikatoriumi arba be jo), tinkančia pasirinktam sterilizavimo būdai (HN 47-1:2020 77 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
54.	Į maišelius supakuoti gaminiai užpildo ne daugiau kaip dvi trečiąsias maišelio tūrio (HN 47-1:2020 80 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
55.	Pakuojamų į maišelius ar popierių medicinos priemonių aštriosios dalys uždengiamos tinkamomis ir tik pramoninės gamybos apsauginėmis priemonėmis (HN 47-1:2020 81 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
56.	Sterilizuojamų medicinos priemonių ir gaminių paketų žymėjimas (informacijos rašymas, spausdinimas, etikečių klijavimas) yra saugus, kad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	nebūtų pažeistos pakavimo priemonės. Tiesiogiai ant paketo rašoma žymekliais, kurių rašalas atsparus sterilizacijos veiksnių poveikiui (HN 47-1:2020 84 punktas)				
57.	Sterilizuotų medicinos priemonių ir gaminių paketai laikomi sausose, švariose patalpose, tam skirtose uždaroje spintose, stalčiuose arba lentynose (HN 47-1:2020 86 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
58.	Vandens garais, etileno oksido, formaldehido dujomis sterilizuotų medicinos prietaisų paketai laikomi nurodytose pakavimo priemonėse ne ilgiau nei:				
	58.1. 6 mėnesius konteineryje, kuris atitinka standarto LST EN 868-8 reikalavimus (HN 47-1:2020 87.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	58.2. 6 mėnesius viename užlydytame popieriniame-plastikiniame maišelyje (HN 47-1:2020 87.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
58.	58.3. 12 mėnesių dviejuose užlydytuose popieriniuose-plastikiniuose maišeliuose (HN 47-1:2020 87.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	58.4. 4 savaites (28 dienas) neaustiniame pluošte, dvigubame popieriuje, atitinkančiame standartų LST EN ISO 11607-1 ir vieno iš LST EN 868-2, LST EN 868-9, LST EN 868-10 reikalavimus (HN 47-1:2020 87.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
59.	Ištaigoje laikomasi reikalavimo nenaudoti gaminių po nesėkmingų sterilizavimo proceso ciklą, iš sterilizuotų paketų su pažeista užlydymo siūle, pasibaigus jų sterilizacijos galiojimo terminui, iš nukritusių ant grindų, suspaustų, šlapių, pradurtų ar kitaip pažeistų, sugadintų paketų (HN 47-1:2020 88 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
60.	Medicinos priemonės iš vieno sterilaus paketo naudojamos tik vienam pacientui, likusios, pacientui nepanaudotos medicinos priemonės iš praplėštų paketų, pakartotinai dezinfekuojamos ir sterilizuojamos (HN 47-1:2020 89 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
61.	Neįpakuotos sterilizuotos medicinos priemonės naudojamos tuoj pat po	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	sterilizacijos ir vietoje (negabenami į kitas patalpas) (HN 47-1:2020 90 punktas)				
V.	STERILIZACIJA				
62.	Atsparios aukštos temperatūros (121 °C arba 134 °C) karščiui ir drėgmei didelę infekcijų riziką keliančios ir infekcijų riziką keliančios medicinos priemonės ir gaminiai sterilizuojami gariniuose sterilizatoriuose (HN 47-1:2020 91 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
63.	Neatsparios aukštos temperatūros karščiui ir drėgmei didelę infekcijų riziką keliančios ir infekcijų riziką keliančios medicinos priemonės ir gaminiai sterilizuojamos žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu arba etileno oksido dujomis, arba vandenilio peroksido dujų plazma (HN 47-1:2020 92 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
64.	Didžiuosiuose gariniuose sterilizatoriuose sterilizuojamos visos patvarios aukštos temperatūros (121 °C arba 134 °C) karščiui ir drėgmei medicinos priemonės ir gaminiai (HN 47-1:2020 93 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
65.	Mažuosiuose gariniuose sterilizatoriuose N sterilizavimo proceso ciklo tipo metu sterilizuojami neįpakuoti didelę infekcijų riziką keliantys ir infekcijų riziką keliantys vientisieji gaminiai (medicinos priemonės), kurie bus naudojami tuoj pat po sterilizacijos ir vietoje (negabenami per kitas patalpas) (HN 47-1:2020 94 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
66.	Mažuosiuose gariniuose sterilizatoriuose B sterilizavimo proceso ciklo tipo metu sterilizuojamos neįpakotos (kurios bus naudojamos tuoj pat po sterilizacijos ir vietoje, negabenamos per kitas patalpas) ir įpakotos didelę infekcijų riziką keliančios ir infekcijų riziką keliančios akytosios medicinos priemonės ir akytieji gaminiai bei siauro spindžio, tuščiavidurės medicinos priemonės. Vientisieji gaminiai sterilizuojami tiek neįpakuoti, tiek įpakuoti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	(HN 47-1:2020 95 punktas)				
67.	Mažuosiuose gariniuose sterilizatoriuose S sterilizavimo proceso ciklo tipo metu sterilizuojamos neįpakautos (kurios bus naudojamos tuoj pat po sterilizacijos ir vietoje, negabenamos per kitas patalpas) ir įpakautos didelę infekcijų riziką keliančios ir infekcijų riziką keliančios akytosios medicinos priemonės ir gaminiai bei siauro spindžio, tuščiavidurės medicinos priemonės ir gaminiai, jei sterilizatoriaus gamintojas patvirtina rekomenduojamų sterilizuoti įkrovų sterilizavimo procesų efektyvumą. Vientisieji gaminiai sterilizuojami tiek neįpakuoti, tiek įpakuoti (HN 47-1:2020 96 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
68.	Vakuuminiuose gariniuose sterilizatoriuose, pagamintuose iki įsigaliojant LST EN 13060 standartui, sterilizuojami įpakuoti tuščiaviduriai ir vientisieji gaminiai (medicinos priemonės), vadovaujantis sterilizatoriaus gamintojo bei sterilizuojamos medicinos priemonės gamintojo naudojimo instrukcijomis ir atliekant įkrovos sterilizavimo kontrolę su antrojo tipo cheminiu specialiujų tyrimų indikatoriumi (HN 47-1:2020 98 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI.	NUOLATINĖ STERILIZACIJOS PROCESŲ KONTROLĖ				
69.	Įstaigoje laikomasi reikalavimo sterilizacijos proceso kontrolei nenaudoti priemonių su pasibaigusiu tinkamumu naudoti laiku (HN 47-1:2020 12 ir 100 punktai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
70.	Biologiniai indikatoriai atitinka šiuos keliamus reikalavimus (vertinama, jei tokie naudojami):				
	70.1. biologiniai indikatoriai, skirti sterilizacijos vandens garais kontrolei, atitinka standarto LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-3 reikalavimus (HN 47-1:2020 101.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	70.2. biologiniai indikatoriai, skirti sterilizacijos etileno oksidu kontrolei, atitinka standarto LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-2 reikalavimus (HN 47-1:2020 101.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	70.3. biologiniai indikatoriai, skirti sterilizacijos žemos temperatūros garų ir formaldehido mišiniu kontrolei, atitinka standarto LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-5 reikalavimus (HN 47-1:2020 101.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	Cheminiai indikatoriai atitinka šiuos keliamus reikalavimus:				
	71.1. pirmojo tipo proceso cheminis indikatorius atitinka standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	71.2. antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui, atitinka LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4 ir LST EN 867-5 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	71.3. antrojo tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius, skirtas įkrovos kontrolei, atitinka LST EN ISO 11140-1, LST EN 867-5 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
71.	71.4. trečiojo tipo cheminis vieno kintamojo indikatorius atitinka standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	71.5. ketvirtojo tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius atitinka standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.4 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	71.6. penktojo tipo sudėtinis cheminis indikatorius atitinka standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	71.7. šeštojo tipo cheminis imituojamasis indikatorius atitinka standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus (HN 47-1:2020 102.6 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	Sterilizacijos vandens garais proceso kontrolė vykdoma taip:				
72.	72.1. sterilizuojančios medžiagos poveikiui kiekvienam įpakuoatų medicinos priemonių, gaminių paketui įvertinti naudojamas 1 tipo proceso cheminis indikatorius (HN 47-1:2020 103.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	72.2. vertinami kiekvieno ciklo proceso parametrai automatinės proceso kontrolės įrenginiuose arba kontroliniuose matavimo prietaisuose (HN 47-1:2020 103.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	72.3. pagal sterilizatoriaus gamintojo naudojimo instrukcijas atliekamas sterilizatoriuje numatytas automatinis oro nuotėkio bandymas (HN 47-1:2020 103.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	72.4. vieną kartą per dieną, prieš pirmąją dienos sterilizavimo proceso ciklą, didžiuosiuose vakuuminiuose gariniuose sterilizatoriuose atliekamas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir garų skvarbumo patikrinimas Bowie ir Dicko bandymu: į sterilizatoriaus kamerą sterilizatoriaus gamintojo nurodytoje kameros vietoje įdedamas 2 tipo cheminis specialiųjų tyrimų indikatorius; bandymas kartojamas, jei atlikto bandymo rezultatai rodo, kad garų skvarbumas nepakankamas, nes oro pašalinimas iš sterilizatoriaus kameros neefektyvus; pakartotinai gavus blogą bandymo rezultatą, kviečiamas techninės priežiūros specialistas (HN 47-1:2020 103.4 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	72.5. mažuosiuose vakuuminiuose gariniuose sterilizatoriuose, jei medicinos priemonių, gaminių įkrova netikrinama su šiais įkrovai pritaikytu 2 tipo cheminiu specialiųjų tyrimų indikatoriumi, skirtu įkrovai, ar juose sterilizuojami tik akytieji gaminiai, Bowie ir Dicko bandymas atliekamas pagal sterilizatoriaus ir indikatoriaus gamintojo naudojimo instrukcijas (HN 47-1:2020 103.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	72.6. akytųjų gaminių (gumos, tekstilės) ir ne siauro spindžio ar tuščiavidurių medicinos priemonių paketų ir įkrovų cheminė kontrolė atliekama vienu iš šių būdų: į kiekvieną paketą dedamas 4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius arba 5 tipo sudėtinis cheminis indikatorius, arba 6 tipo cheminis imituojamasis indikatorius arba kiekviena vienalytė (tik akytųjų gaminių arba siauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	spindžio, tuščiavidurių medicinos priemonių) įkrova tikrinama su sudėtingiausiu, sunkiausiu paketu iš sterilizatoriaus įkrovos; šis paketas su 5 tipo sudėtinu cheminiu indikatoriumi arba 6 tipo cheminiu imituojamuoju indikatoriumi dedamas proceso bandymo vietoje (HN 47-1:2020 103.6 papunktis)				
	72.7. kiekviena siauro spindžio, tuščiavidurių medicinos priemonių įkrova tikrinama 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi (HN 47-1:2020 103.7 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	72.8. kiekviena mišri aktyvųjų gaminių (gumos, tekstilės) ir vientisųjų gaminių, siauro spindžio, tuščiavidurių medicinos priemonių įkrova tikrinama su šiai įkrovai pritaikytu 2 tipo cheminiu specialiųjų tyrimų indikatoriumi (HN 47-1:2020 103.8 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	72.9. kiekviena neįpakuota medicinos priemonių įkrova (išskyrus siauro spindžio, tuščiavidures medicinos priemones) sterilizatoriuje tikrinama su 4 tipo cheminiu daugelio kintamųjų indikatoriumi arba 5 tipo sudėtinu cheminiu indikatoriumi, arba 6 tipo cheminiu imituojamuoju indikatoriumi; vienas cheminis indikatorius dedamas į kiekvieno padėklo (lentynos) geometrinį centrą (HN 47-1:2020 103.9 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
73.	Sterilizacijos etileno oksidu arba žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu kontrolė vykdoma taip:				
	73.1. sterilizuojančios medžiagos poveikiui kiekvienam įpakuotų medicinos priemonių ir gaminių paketui įvertinti naudojamas 1 tipo cheminis indikatorius, skirtas sterilizacijos etileno oksidu arba žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu kontrolei (HN 47-1:2020 104.1 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	73.2. vertinami kiekvieno ciklo proceso parametrai (temperatūra, slėgis, sterilizavimo trukmė ir kt.) automatinės proceso kontrolės įrenginiuose arba kontroliniuose matavimo prietaisuose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	(HN 47-1:2020 104.2 papunktis)				
	73.3. pagal sterilizatoriaus gamintojo naudojamas instrukcijas atliekamas sterilizatoriuje numatytas automatinis oro nuotėkio bandymas, nesant sterilizatoriaus gamintojo naudojimo instrukcijų, sterilizatoriuje numatytas automatinis oro nuotėkio bandymas atliekamas kasdien (HN 47-1:2020 104.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	73.4. aktyvųjų gaminių ir vientisųjų gaminių paketų ir įkrovų cheminė kontrolė atliekama vienu iš šių būdų: į kiekvieną paketą dedamas 4 tipo cheminis daugelio kintamųjų indikatorius arba 5 tipo sudėtinis cheminis indikatorius, arba 6 tipo cheminis sterilizacijos etileno oksidu arba žemos temperatūros garų ir formaldehido mišiniu kontrolės indikatorius; kiekviena vienalytė tik aktyvųjų gaminių arba vientisųjų gaminių įkrova tikrinama su sudėtingiausiu, sunkiausiu paketu iš sterilizatoriaus įkrovos. Šis paketas su 5 tipo sudėtinio cheminio indikatoriumi arba 6 tipo cheminiu imituojamuoju indikatoriumi, skirtu sterilizacijos etileno oksidu arba žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu kontrolei, dedamas sterilizavimo proceso išbandymo vietoje (HN 47-1:2020 104.4 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	73.5. kiekviena siauro spindžio, tuščiavidurių medicinos priemonių įkrova tikrinama antrojo tipo cheminiu specialiuųjų tyrimų indikatoriumi (HN 47-1:2020 104.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
74.	Sterilizavimo vandenilio peroksido plazma proceso efektyvumas tikrinamas pagal sterilizatoriaus gamintojo naudojimo instrukcijas (HN 47-1:2020 105 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
VII.	STERILIZUOJAMŲ GAMINIŲ PAKETŲ, KROVINIO (ĮKROVOS) ŽYMĖJIMAS IR ATSEKAMUMAS				
	Kiekvienas sterilizuojamas paketas pažymimas (HN 47-1:2020 106 punktas):				
75.	75.1. sterilizatoriaus eilės numeriu (jei naudojami keli sterilizatoriai)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	75.2. sterilizavimo proceso ciklo numeriu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	75.3. sterilizuojamų paketų arba neįpakuočių medicinos priemonių įkrovos sudėties (turinio) kodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	75.4. operatoriaus kodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	75.5. sterilizacijos data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	75.6. galiojimo data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Įkrovos registracijos kortelėje yra pildoma informacija apie kiekvieną sterilizavimo proceso ciklą ir joje pažymimas (HN 47-1:2020 108 punktas):				
	76.1. įkrovos numeris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	76.2. sterilizacijos data	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	76.3. įkrovos sterilizavimo proceso parametrai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
76.	76.4. atliktos nuolatinės kontrolės rezultatai (įvertinimas, ar ciklas sėkmingas, ar nesėkmingas, cheminių indikatorių patikrinimo rezultatai),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
	76.5. įvertinusio sterilizacijos rezultatus asmens vardas, pavardė, parašas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
77.	Panaudotų įstaigoje sterilizuotų gaminių atsekamumas vykdomas pagal įstaigos sterilių gaminių panaudojimo procedūrą, įstaigos numatytuose dokumentuose tam numatytoje vietoje registruojant įkrovos numerį (HN 47-1:2020 110 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
VIII.	PATALPŲ ORO DEZINFEKCIJA (<i>taikoma tik stacionarioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi tuberkulioze sergantys pacientai</i>)				
78.	Ultravioletinių spindulių lempos (toliau – UV lempa) įrengtos bendro naudojimo patalpose (koridoriuose, laukimo salėse, tualetuose), pacientų, išskiriančių tuberkuliozės mikobakterijas, palatose ir pacientų, sergančių tuberkulioze, ištyrimo patalpose (HN 47-1:2020 117 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79.	UV lempos įrengtos pagal gamintojų naudojimo instrukcijas (HN 47-1:2020 118 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
80.	UV lempos degimo trukmė registruojama, UV lempos pakeičiamos, pasibaigus gamintojo rekomenduojamų valandų skaičiui (HN 47-1:2020 123 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
IX.	MINKŠTOJO INVENTORIAUS IR SKALBINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI				
81.	Lovų čiužiniai, pagalvės, antklodės yra su specialiais užvalkalais iš	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	nepralaidaus skysčiams, atsparaus paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinių, tinkamų skalbti ir (ar) dezinfekuoti įstaigoje naudojamais būdais (HN 47-1:2020 116 punktas)				
82.	Nešvarūs skalbiniai renkami (dedami) į neplyštančius ir neperšlampamus maišus, nešvarių skalbinių maišai papildomi ne daugiau kaip $\frac{3}{4}$ jų talpos (HN 47-1:2020 10 priedo 3 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
83.	Sergančių ar įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis pacientų bei visi užteršti krauju ir kitais kūno skysčiais, ekskretais nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietose renkami (pakuojami) atskirai į paženklintą dvigubą pakuotę (maišus). Tiesioginį sąlytį su skalbiniais turintis vidinis maišas yra vienkartinio naudojimo (HN 47-1:2020 10 priedo 4 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
84.	Surinkti ir supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi, gabenami nešvariems skalbiniams laikyti, gabenti skirtose talpyklose (konteineriuose, bakuose ir pan.), vežimėliuose, talpyklų, vežimėlių paviršius yra tinkamas valyti ir dezinfekuoti Talpyklos, vežimėliai valomi ir dezinfekuojami po kiekvieno nešvarių skalbinių gabenimo (HN 47-1:2020 10 priedo 5 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
85.	Supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi atskiroje patalpoje arba tam skirtoje zonoje (HN 47-1:2020 10 priedo 6 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
86.	Švarūs skalbiniai laikomi švariems skalbiniams laikyti skirtoje (-ose) patalpoje (-ose) (zonoje), uždaruose įrenginiuose (uždaruose lentynose, spintose, dengtuose vežimėliuose) arba švariais tekstiliniai gaubtais uždengtuose įrenginiuose (HN 47-1:2020 10 priedo 10 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
87.	Laikomasi reikalavimo švarius skalbinius laikyti jų nesupakavus plastikinėje plėvelėje (HN 47-1:2020 10 priedo 10 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
88.	Operacinių ir skyrių, kur pacientų slaugai turi būti naudojami sterilizuoti skalbiniai, išskalbti švarūs skalbiniai sterilizuojami garo sterilizatoriuje (-iuose) (HN 47-1:2020 10 priedo 11 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
X.	MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (RŪŠIAVIMAS) JŲ SUSIDARYMO VIETOSE, PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS, LAIKINAS LAIKYMAS				
89.	Medicininės atliekos jų susidarymo vietose renkamos (rūšiuojamos) pagal medicininių atliekų grupes (HN 66:2013 10 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
90.	Pakuotės nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką (HN 66:2013 12 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
91.	Medicininės atliekos surenkamos į kitos spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros įstaigoje susidariusios atliekos (HN 66:2013 15 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
92.	Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai medicininių atliekų grupei priskiriami (kodas 18 01 01 ar 18 01 03*), pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams nestiklinius vienkartinis konteinerius (HN 66:2013 16 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
93.	Pavojingų medicininių atliekų pakuotės paženklintos pavojingų atliekų ženklavimo etiketėmis (HN 66:2013 18 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
94.	Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo terminui, perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicininės atliekas (pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo) (HN 66:2013 22 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
95.	Medicininės atliekos medicininių atliekų saugykloje laikinai laikomos:				
	95.1. supakuotos (HN 66:2013 26 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	95.2. infekuotos atliekos (išskyrus aštrius daiktus), kurios iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti medicininės atliekas, ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	sveikatos priežiūros įstaigoje laikinai laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje (ne ilgiau kaip 72 val., saugykloje esant +15 °C ar aukštesnei temperatūrai, arba ne ilgiau kaip 7 dienas, saugykloje esant žemesnei +15 °C temperatūrai) (HN 66:2013 26.1 papunktis)				
	95.3. medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei medicininių atliekų saugykloje laikinai laikomos ne ilgiau kaip 7 dienas (arba iki 30 dienų, kai pastoviai užtikrinama žemesnė nei +10 °C temperatūra) (HN 66:2013 26.2 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	95.4. aštrūs daiktai (kodai 18 01 01, 18 01 03*), kurie iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei ir (ar) išgabenimo pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje laikinai laikomi saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų (HN 66:2013 26.3 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	95.5. anatomicinė medžiaga iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei specialiai tam skirtame šaldytuve laikoma nustatytoje temperatūroje ir nustatytais terminais (žemesnėje nei +10 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 7 dienas) (HN 66:2013 26.4 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	95.6. infekuotos atliekos, aštrūs daiktai, anatomicinė medžiaga bei medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos, kurios yra užšaldomos, medicininių atliekų saugykloje atskirame šaldiklyje laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje (-18 °C ir žemesnėje temperatūroje iki 6 mėnesių) (HN 66:2013 26.5 papunktis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Medicininių atliekų laikymas medicininių atliekų laikino laikymo aikštelėje:				
96.	96.1. medicininių atliekų konteineriai pagaminti iš patvarios, skysčiams nepralaidžios medžiagos (HN 66:2013 28 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
	96.2. konteineriai su supakuotomis medicininėmis atliekomis apsaugoti nuo kritulių (HN 66:2013 28 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	96.3. medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės pagrindas tvirtas, iš atsparių ir skysčiams nepralaidžių medžiagų (HN 66:2013 28 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
XI.	INFEKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS (PRADINIS APDOROJIMAS) SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE				
97.	Darbuotojai, dirbantys su cheminėmis medicininėmis atliekų kenksmingumo pašalinimo priemonėmis (biocidais), jas naudoja pagal autorizacijos ar registracijos liudijime nurodytas specialiąsias autorizacijos sąlygas, naudojimo instrukcijas ir etiketes bei saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją (HN 66:2013 5 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
98.	Kenksmingumo pašalinimui naudojamam įrenginiui, priemonėms yra gamintojų nustatytos naudojimo instrukcijos (HN 66:2013 8 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
99.	Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas specialiais medicininėmis atliekų kenksmingumo pašalinimui skirtais įrenginiais ir /ar specialiomis priemonėmis (pagal gamintojo instrukcijas) (HN 66:2013 31 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
100.	Infekuotas atliekas apdorojant atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose vykdoma medicininėmis atliekų kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo kontrolė (registruojami vykdytos kontrolės rezultatai medicininėmis atliekų tvarkymo procedūroje) (HN 66:2013 35 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(!)
101.	Mikroorganizmų kultūrų bei visų biologinių atliekų iš laboratorijų, dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo grupės mikroorganizmais, kenksmingumas pašalinamas sveikatos priežiūros įstaigoje (laboratorijoje) (HN 66:2013 36 punktas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Eil. Nr.	Reikalavimas	Taip	Ne	Neaktualu / Nevertinta**	Pastabos
----------	--------------	------	----	--------------------------	----------

** Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu“ arba „Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai

*** Pastabose nurodytas ženklas „(!)“ žymi ties kuriuo reikalavimu turi būti atsižvelgta į įstaigoje saugojamus, rengiamus dokumentus

Nustatyta:

Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ reikalavimų.

Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
..... punkto (.....),
..... punkto (.....),
..... punkto (.....)
reikalavimus.

Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“,
..... punkto / papunkčio (.....),
..... punkto / papunkčio (.....),
..... punkto / papunkčio (.....)
reikalavimus.

Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininį atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininų atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,

..... punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....),
 punkto / papunkčio (.....)
 reikalavimus.

Paslaugos teikiamos pažeidžiant Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos tikrinimosi tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“

..... punkto (.....),
 punkto (.....),
 punkto (.....)
 reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrolė@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrolė@nvsc.lt.