



# Helix Test System tyrimo rezultatai:

Neeksponuotas indikatorius



Paveiktas tik temperatūros. Oras nepašalintas / garas neįsiskverbė



Nepakankama garų skvarba / oro pašalinimas



Įsiskverbę garai ir inertinės dujos vienu metu




Įsiskverbę garai ir inertinės dujos vienu metu



Sterilizacijos procesas sėkmingas

Spalvos pokytis pakankamas ar tamsesnis už palyginimo tekstą



Aukščiau esančių paveikslukų nenaudokite spalvos pasikeitimo palyginimui