KROVINIO REGISTRACIJOS KORTELIŲ PILDYMO PAVYZDŽIAI

VAKUUMO TESTAS

Data 2018-07-04

Testas ☑ Bowie&Dick ☐ Vakuumo ☑

Oro nuotėkis 0,01

Programa ☐ .....

Krovinio numeris: .....
(įkrovos)

→ ←

(vieta įklijuoti ciklo kontrolės indikatoriui)
(jei indikatoriai renkami)

sterilizuota krovinio paketų .....
(skaičius)

.....
(galite aprašyti paketų sudėtį)

.....

.....

.....

.....

Sterilizacijos proceso vertinimas
(pažymėti reikiamą langelį)

Ar procesas / testas buvo sėkmingas:
Autoklavo parodymai:

TAIP ☑ NE ☐

Kontrolės indikatoriaus pasikeitimo įvertinimas:

TAIP ☐ NE ☐

Gaminius galima naudoti:

TAIP ☐ NE ☐

Įvertinau Vard Pav
(parašas)

Vardenis Pavardenis
(vardas, pavardė, arba inicialai)

Patarimai kaip pildyti kortelę:

*visi kortelės laukai tinkami ir darbo ciklų rezultatų registravimui ir taip pat testų rezultatų registravimui

– vienas vertikalus laukas skirtas vienam ciklui;

– pavyzdyje paryškinti laukai, kuriuos rekomenduojame pildyti konkrečiais atvejais - atlikus vakuumo testą,

– Bowie-Dick-o testą ar

– įvykdžius sterilizacijos programą

BOWIE-DICK-O TESTAS

Data 2018-07-04

Testas ☑ Bowie&Dick ☑ Vakuumo ☐

Oro nuotėkis .....

Programa ☐ .....

Krovinio numeris: .....
(įkrovos)

→ ***įklijuoti BD ciklo ataskaitą*** ←

(vieta įklijuoti ciklo kontrolės indikatoriui)
(jei indikatoriai renkami)

sterilizuota krovinio paketų .....
(skaičius)

.....
(galite aprašyti paketų sudėtį)

.....

.....

.....

.....

Sterilizacijos proceso vertinimas
(pažymėti reikiamą langelį)

Ar procesas / testas buvo sėkmingas:
Autoklavo parodymai:

TAIP ☑ NE ☐

Kontrolės indikatoriaus pasikeitimo įvertinimas:

TAIP ☑ NE ☐

Gaminius galima naudoti:

TAIP ☐ NE ☐

Įvertinau Vard Pav
(parašas)

Vardenis Pavardenis
(vardas, pavardė, arba inicialai)

STERILIZACIJOS PROGRAMA

Data 2018-07-04

Testas ☐ Bowie&Dick ☐ Vakuumo ☐

Oro nuotėkis .....

Programa ☑ universali

Krovinio numeris: 01 02 1
(įkrovos)

→ ***įklijuoti BD ciklo ataskaitą*** ←

(vieta įklijuoti ciklo kontrolės indikatoriui)
(jei indikatoriai renkami)

sterilizuota krovinio paketų 15
(skaičius)

.....
(vieta aprašyti paketų sudėtį, ar pasižymėti kitą informaciją)

replės - 7

apžiūrų kompl. - 5

tamponai - 3

.....

Sterilizacijos proceso vertinimas
(pažymėti reikiamą langelį)

Ar procesas / testas buvo sėkmingas:
Autoklavo parodymai:

TAIP ☑ NE ☐

Kontrolės indikatoriaus pasikeitimo įvertinimas:

TAIP ☑ NE ☐

Gaminius galima naudoti:

TAIP ☑ NE ☐

Įvertinau Vard Pav
(parašas)

Vardenis Pavardenis
(vardas, pavardė, arba inicialai)